

竞争性磋商文件



采购方式：竞争性磋商

项目编号：HXY2023-136

项目名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）
重症能力建设采购项目

采购单位：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）

海南和信源招标代理有限公司编制

2023年08月



目 录

第一部分 商务部分

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同

第四章 响应文件组成

第二部分 技术部分

(本部分为项目采购需求)

第一部分 商务部分

第一章 竞争性磋商通知

项目概况

定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目的潜在投标人应在海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）获取采购文件，并于2023年09月11日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HXY2023-136

项目名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：368.72万元

最高限价（如有）：368.72万元（**投标报价应不超过最高限价，否则做无效投标处理**）

采购需求：详见《第二部分 技术部分》

用途：工作需要

合同履行期限：自合同生效之日起国产产品2个月，进口产品3个月完成交付采购人使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供2023年1月至今任意1个月的财务报表或者2022年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（需提供2023年1月至

今任意 1 个月的纳税证明和 2023 年 1 月至今任意 1 个月的社会保障缴费记录复印件);

(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 (提供书面声明);

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 (提供书面声明);

(6) 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)的“失信被执行人”的供应商 (提供承诺函);

(7) 若响应产品中有医疗器械的, 所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证; 供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证 (需提供证书复印件加盖单位公章); 若响应产品中不属于医疗器械范围的, 可不提供本项。

三、获取采购文件

时间: 2023 年 08 月 31 日至 2023 年 09 月 07 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 24:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式: 网上下载

售价: 0 元。

四、响应文件提交

截止时间: 2023 年 09 月 11 日 09 时 30 分 (北京时间);

地点: 海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号 1101 室。

五、开启

时间: 2023 年 09 月 11 日 09 时 30 分 (北京时间)

地点: 海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号 1101 室。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件 时间：2023 年 08 月 31 日至 2023 年 09 月 07 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 24：00（北京时间，法定节假日除外） 地点：海南政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台； 方式：网上获取。 投标人须在海南政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册，登陆交易平台进行报名并下载查看电子版的磋商文件及其他文件。未按时在系统平台注册报名视为无效报名。 2、项目所属行业：工业 3、公告发布媒介：海南省政府采购网 4、采购项目需落实的政府采购政策：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策、信息安全产品实施政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）

地址：海南省定安县定城镇见龙大道定安县中医院

联系方式：0898-32130182

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：海南和信源招标代理有限公司

地址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号 1101 室

联系方式：0898-65328224

3. 项目联系方式

项目联系人：冯女士

电 话：0898-65328224

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目
2	项目预算	368.72 万元
3	采购人	采购人：定安县中医院（定安县中医院医共体总院） 地 址：海南省定安县定城镇见龙大道定安县中医院 电 话： <u>0898-32130182</u> 联系人：王先生
4	采购代理机构	名称：海南和信源招标代理有限公司 地址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号楼 1101 室 电话：0898-65328224 联系人：冯女士
5	供应商资格条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的财务报表或者 2022 年度会计师事务所出具的财务审计报告）； （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（需提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的纳税证明和 2023 年 1 月至今任意 1 个月的社会保险缴费记录复印件）； （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面声明）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； （6）投标人必须为未被列入信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）的“重大税收违法失信主体”、“政府

		<p>采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的“失信被执行人”的供应商(提供承诺函);</p> <p>(7)若响应产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证;供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证(需提供证书复印件加盖单位公章);若响应产品中不属于医疗器械范围的,可不提供本项。</p>
6	联合体形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 其他
7	采购进口产品	<input type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加投标 <input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目接受进口产品 <input type="checkbox"/> 其他_____
8	政府优先采购: 节能产品(非强制类)	无
	政府优先采购: 环境标志产品	无
	支持中小企业发展	<input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予10%~20%的扣除,用扣除后的价格参与评审,本项目的扣除比例为:小型企业扣除10%,微型企业扣除10%。 <input type="checkbox"/> 其他_____
	信息安全认证	无
	法律法规有其他强制规定或扶持政策的	无
9	磋商文件可能实质性变动的内容	无
10	提交首次响应文	截止时间:2023年09月11日09时30分(北京时间)

	件的截止时间及地点	地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号楼 1101 室
11	磋商保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的 0.5%，本项目的磋商保证金为¥10000.00 元，提交方式为公对公转账或银行保函支付： 保证金截止时间：2023 年 09 月 11 日 09 时 30 分 开户名称：海南和信源招标代理有限公司 银行账号：4600 1002 3360 5300 9677 开户银行：中国建设银行海口金盘支行 <input type="checkbox"/> 其他_____
12	响应文件有效期	60 日(日历日)
13	响应文件份数	正本 1 份 副本 3 份 提供与纸质版响应文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF 格式或 WORD 格式电子文档 1 份(响应文件电子版需包括 Word 或 PDF 扫描件任意一种版本格式 U 盘)
14	响应文件封套上应载明的信息	定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目磋商响应文件 项目编号：HXY2023-136 在 2023 年 09 月 11 日 09 时 30 分之前不得启封 供应商名称： 其他_____
15	采购人要求的其他资料	无
16	财政部指定媒体	海南省政府采购网
17	履约保证金	投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供中标金额的 5% 作为履约保证金，同时预付款比例调整为 0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。
18	合同付款方式	成交供应商与采购人自行商定。
19	采购代理服务费	经双方协商同意招标代理机构按照市场规律及当地行业标准向中标人收取招标代理服务费。
20	合同履行期限	自合同生效之日起国产产品 2 个月，进口产品 3 个月完成交付

		采购人使用。
21	评标委员会的组成	评标委员会构成 3 人，其中经济、技术专家由海南省综合评标专家库中随机抽取 2 人+1 名采购人代表组成。
22	其他规定	投标人应当遵循公平竞争、诚实信用原则参与本项目投标，不得向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任（ 投标人须提供承诺函，格式自拟，不提供承诺函的，按无效标处理 ）。

磋商须知正文

一、说明

1. 定义

1.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见**磋商须知前附表**。

1.2 “采购代理机构”系指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见**磋商须知前附表**。

1.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2. 供应商的资格要求

2.1 供应商应当符合**磋商须知前附表**中规定的下列资格条件要求：

2.1.1 基本资格条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)政府采购法律法规规定的其他条件。

2.1.2 政府强制采购资格条件。

2.1.3 其他特定资格条件。

3. 参与磋商的费用

3.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

4. 授权委托

4.1 供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书。

5. 联合体形式

5.1 本项目是否接受联合体参与及相关要求见**磋商须知前附表**。

5.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 供应商为联合体形式的，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合**磋商须知前附表**规定的供应商基本资格条件。采购人根据采购项目的特殊要求在**磋商须知前附表**中规定有供应商其他特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合其他特定资格条件。

6. 采购进口产品

6.1 本项目是否采购进口产品及相关要求见**磋商须知前附表**。

7. 政府采购政策支持

7.1 产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见**磋商须知前附表**。

7.2 对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，具体要求如

下：

(一)采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的，应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

(二)采用非招标方式(竞争性磋商、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的，在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见**磋商须知前附表**。

7.3 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见**磋商须知前附表**。

7.4 采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见**磋商须知前附表**。

7.5 其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见**磋商须知前附表**。

二、磋商文件

8. 磋商文件的组成

8.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同草案

第四章 响应文件组成

第五章 采购需求

8.2 **磋商须知前附表**规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

8.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在**磋商须知前附表**中明确。

8.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

9. 提交首次响应文件的截止时间及地点

9.1 供应商提交首次响应文件截止时间及地点见**磋商须知前附表**。

10. 磋商文件的澄清或者修改

10.1 在**磋商须知前附表**规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在**磋商须知前附表**规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

11. 偏离

11.1 本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

11.2 除政府采购法律法规相关规定外,磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款),对其中任何一条的偏离,在评审时将其视为无效响应。

三、响应文件

12. 一般要求

12.1 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料,但应附中文注释,在有差异时以中文为准。

12.3 计量单位应使用我国法定计量单位,未列明时应默认为我国法定计量单位。

12.4 响应文件应采用书面形式,或采用法律规定的其他形式提交。

12.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

13. 响应文件的组成

13.1 响应文件应包括但不限于下列内容:

- (1)磋商响应声明;
- (2)磋商保证金;
- (3)供应商的资格证明文件;
- (4)货物说明或者服务方案(根据项目属性编制);
- (5)技术/商务条款偏离表;
- (6)提供政府采购政策产品清单及有关证明材料;
- (7)报价一览表及报价文件,以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件;
- (8)采购人在磋商须知前附表要求的其他资料;
- (9)供应商认为需提供其他资料。

13.2 磋商文件规定可能发生实质性变动的,供应商应当在《技术/商务条款偏离表》中对应内容注明。

14. 报价

14.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围,以人民币报价。

14.2 供应商应按第五章“采购需求”要求及第四章“响应文件组成”格式填写。供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的,应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。

★14.3 供应商的报价不得超过采购预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表。

15. 供应商符合磋商文件规定的证明文件

★15.1 供应商应提供磋商文件要求的资格证明材料,包括《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格及磋商须知前附表中规定的特定资格的证明材料。

15.2 供应商为联合体形式的,则应提交联合体各方资格文件、联合体协议,否则将视为非实质响应而被拒绝。

16. 磋商保证金

16.1 磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的,应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,在磋商须知前附表规定的提

交首次响应文件截止时间前，向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算 2% 的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与**磋商须知前附表**响应文件有效期一致。

16.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方交纳磋商保证金，以一方名义交纳磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

★16.3 未按规定提交磋商保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

16.4 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

16.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴中央国库：

(1) 供应商在**磋商须知前附表**规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 磋商文件规定的其他情形。

17. 响应文件有效期

★17.1 响应文件有效期见**磋商须知前附表**，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不得低于**磋商须知前附表**的要求，否则将被视为非实质响应。

18. 响应文件的签署及规定

18.1 响应文件正本、副本、电子部份数见**磋商须知前附表**。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

18.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代表在旁边签字。

18.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价或者重新提交的响应文件，可打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签字，或加盖单位公章。

19. 响应文件的密封

19.1 响应文件应密封包装，加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字。

19.2 响应文件封套上应写明的内容见**磋商须知前附表**。

★19.3 响应文件如果未按上述规定密封的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20. 响应文件的补充、修改或者撤回

20.1 供应商在**磋商须知前附表**提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

20.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21. 响应文件的递交与接收

★21.1 供应商应在**磋商须知前附表**规定的递交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达**磋商须知前附表**中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效

文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

21.2 在磋商须知前附表规定的递交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

四、评审与磋商

22. 供应商资格及符合性审查

五、其他要求

(一) 中标供应商不得违法违规聘用离职税务人员及建立相应的风险防控制度，对出现违法违规聘用离职税务人员的行为，税务机关将采取包括但不限于要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等。

(二) 中标供应商在项目实施过程中发生违反网络安全规定行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自甲方或甲方主管机关做出认定之日起3年内限制参与税务系统政府采购活动。

(三) 中标供应商不得另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件，对违反相关合约的行为按税务系统相关管理规定纳入失信名单。

(四) 中标供应商在合同履行期间存在“围猎”甲方税务人员行为的（指以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及其亲属），自甲方及甲方主管机关认定或通报之日起3年内限制参与税务系统政府采购活动。

中标供应商知晓以上相关失信要求的后果，在合同中严格落实和履行。对于违反相关失信行为约定内容的，税务系统相关部门按合同约定及相关失信规定做出认定和相应的处理。

资格及符合性审查表

项目名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

项目编号：HXY2023-136

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人...
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			

4	响应文件有效期	是否满足磋商文件要求			
5	合同履行期限	是否满足磋商文件要求			
6	响应文件数量	是否满足磋商文件要求			
7	其它	是否有其它无效投标认定条件			
结 论					

注：1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

★22.1 磋商小组将根据磋商文件，对供应商提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。供应商为联合体的，磋商小组对联合体各方资格文件及联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23. 响应文件审查

★23.1 有效性、完整性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商：

(1) 应交未交磋商保证金或金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

(2) 响应文件有效期不足的；

(3) 政府采购法律法规规定的其他情形。

23.2 响应程度审查

(1) 审查响应文件是否与磋商文件要求的实质性条款、条件和规格相符。

(2) 响应文件是否实质性响应磋商文件，由磋商小组依据磋商文件规定和响应文件内容认定。

24. 澄清

24.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，作出必要的澄清、说明或者更正。

★24.2 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.3 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

25. 磋商

25.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

25.2 经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.3 根据项目的实际情况，由磋商小组在磋商现场决定磋商及报价轮次。

26. 最后报价

26.1 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.2 磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.3 最后一轮的报价为确定成交供应商的重要依据，在合同执行过程中不得以任何理由予以变更。

27. 量化评审

27.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

27.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）。

27.3 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项、商务项	价格项
权重	70%	30%

27.4 所有通过资格初审的投标人进行磋商以后，由磋商小组采用综合评分法进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 2 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术项优劣顺序推荐。

注：1、技术商务项得分=（ Σ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、价格项得分=（评标基准价 / 投标报价） \times 权重 \times 100

3、供应商综合得分=技术商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表 2）

评分细则表

项目名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

项目编号：HXY2023-136

评标项目	评标分值	评标方法描述
定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目	价格部分（30分）	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格项得分=（基准价 / 报价） \times 价格权值 \times 100
	技术要求响应(38分)	供应商对采购需求的技术参数内容逐一响应，完全满足或优于采购需求的得 38 分； 1、重要技术参数条款（18分）：每负偏离 1 项扣 3 分，如

		<p>带“▲”负偏离≥ 5项的，此项得0分；</p> <p>2、一般性技术参数条款（20分）：每负偏离1项扣2分；如负偏离≥ 10项的，此项得0分。</p> <p>注：供应商须对所投产品技术参数的真实性负责，提供虚假参数，伪造、变更或虚假响应者按废标处理，没收投标保证金并上报政府采购主管部门进行严肃处理。</p>
	项目实施 方案（16分）	<p>供应商根据项目采购需求提供的项目实施方案应包含：进度方案、安装调试方案、人员配备、质量保证措施4项内容，每缺少1项扣4分，满分16分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，最多扣4分，不提供不得分。</p> <p>注：内容缺陷指不满足本项目采购需求，存在不适用本项目实际情况的情形（与项目实际不匹配、不符合项目特点）、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误或不可实现的夸大情形等。</p>
	售后服务 方案（16分）	<p>供应商根据项目采购需求提供的售后服务方案应包含培训方案、售后服务承诺、应急保障措施、备品备件情况4项内容，每缺少1项扣4分，满分16分；以上4项内容，每项内容缺陷扣2分，最多扣4分，不提供不得分。</p> <p>注：内容缺陷指不满足本项目采购需求，存在不适用本项目实际情况的情形（与项目实际不匹配、不符合项目特点）、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误或不可实现的夸大情形等。</p>

28. 提出成交供应商

28.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，最终按照综合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一、第二入围中标单位，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。供应商为中小企业的，最后报价按磋商须知前附表规定的比例进行价格扣除，并按扣除后的最后报价排序。

29. 确定成交供应商

29.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

30. 磋商终止

30.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。但经财政部批准，只有 2 家供应商进行磋商的除外。

30.2 因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

31. 保密

31.1 磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露磋商情况以及磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32. 禁止行为

32.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

五、成交信息公告与签订合同

33. 成交信息公告

33.1 成交供应商确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在财政部指定的媒体及磋商须知前附表要求的其他媒体上公布。

34. 成交通知

34.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构应以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

35. 履约保证金

35.1 成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前向采购人提交履约保证金。

35.2 成交供应商没有按照磋商须知前附表规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

36. 签订合同

36.1 磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，与采购人签订政府采购合同。

36.3 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4 自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

37. 采购代理服务费

37.1 采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

38. 询问与质疑

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

39. 其他规定

39.1 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 政府采购合同

定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目（仅供参考）

合 同

合同编号：_____

甲 方：_____（采购人名称）

乙 方：_____（中标供应商名称）

日 期：_____年_____月_____日

_____(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过____采购(采购方式)确定____(中标供应商名称)(以下简称：“乙方”)为____项目(项目名称)的____供应商。甲乙双方同意签署《____项目(项目名称)合同》(合同编号:____,以下简称“合同”)。

1. 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款；
- (2) 报价表；
- (3) 响应文件技术部分；
- (4) 其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 采购内容及数量

根据实际情况填写

4. 合同总金额

本合同总金额为人民币_____元(¥_____)。

5. 交货时间及地点

5.1 交货时间

5.2 交货地点

6. 履约保证金

根据实际情况填写。

7. 付款方式

根据实际情况填写。

8. 合同有效期

根据实际情况填写。

9. 合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

向人民法院提起诉讼

10. 合同生效

本合同一式_____份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：（采购人名称）

乙方：（中标供应商名称）

签字：_____

签字：_____

盖章：_____

盖章：_____

日期：____年____月____日

日期：____年____月____日

代理机构声明：本合同经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

代理机构：海南和信源招标代理有限公司（盖章）

地址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 2 号 1101 室

法定（授权）代表人：（签字或盖章）

签订日期： 年 月 日

合同前附表

序号	内 容
1	合同名称： 合同编号：
2	甲方名称：
	甲方地址：
	甲方联系人： 电话：
3	乙方名称：
	乙方地址：
	乙方联系人： 电话：
	乙方开户银行名称： 账号：
4	合同金额：
5	付款方式：
6	履约保证金及其返还：
7	合同期限：

合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “甲方”是指采购人。

1.2 “乙方”是指中标供应商。

1.3 “合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.5 除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准和质量保证

2.1 标准

2.1.1 乙方为甲方交付的货物及服务应符合磋商文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.1.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 保密义务

3.1 甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

4. 履约保证金

4.1 乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

4.2 履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

4.3 如乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。

4.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5. 合同修改或变更

5.1 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

5.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

6. 不可抗力

6.1 如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

6.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

6.3 在不可抗力事件发生后, 当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方, 在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方, 并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务, 并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

7. 合同纠纷的解决方式

7.1 合同各方应通过友好协商, 解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商 30 日内(根据实际情况设定)不能解决, 可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

7.2 仲裁裁决应为最终裁决, 对双方均具有约束力。

7.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

7.4 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行, 则在仲裁或诉讼期间, 除正在进行仲裁或诉讼的部分外, 合同的其他部分应继续执行。

8. 合同中止与终止

8.1 合同的中止

合同在履行过程中, 因采购计划调整, 甲方可以要求中止履行, 待计划确定后继续履行; 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要或财政部责令中止的, 应当中止合同的履行。

8.2 合同的终止

8.2.1 若出现如下情形, 在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 甲方可向乙方发出书面通知书, 提出终止部分或全部合同:

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务;

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务;

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

8.2.2 如果甲方根据上述第 8.2.1 条第一款的规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务, 乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

8.2.3 如果乙方破产或无清偿能力, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

8.2.4 该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

9. 合同转让和分包

9.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

9.2 除经甲方事先书面同意外, 乙方不得以任何形式将合同分包。

10. 适用法律

10.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章, 如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的, 按照法律、行政法规和规章修改本合同。

11. 合同语言

11.1 本合同语言为中文。

11.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

第四章 响应文件组成

(一) 供应商有下列情形之一的，视为无效投标：

1. 未按采购文件要求提交资格证明文件的；
2. 提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；
3. 资格证明文件未按磋商文件要求加盖供应商单位章、签字的；
4. 资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

(二) 供应商应提供的证明材料

供应商的响应文件应包含商务和技术两个部分：

第一部分 商务部分

一、磋商响应声明

附件 1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件 2：法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

二、供应商投标资格承诺书

三、报价一览表及报价文件

附件 3：报价一览表及分项价格表

四、供应商的资格证明材料

按照第二章投标人须知前附表的供应商的基本资格条件和其他特定资格条件提供相关证明材料

附件 4：供应商基本情况表

附件 5：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件 6：无不良信用记录

附件 7：中小企业声明函

附件 8：监狱企业的证明文件（如有）

附件 9：残疾人福利性单位声明函（如有）

五、需提供的其他资料

第二部分 技术部分

六、技术商务条款偏离表

第一部分 商务部分

一、磋商响应声明

磋商响应声明

致_____ (采购人或采购代理机构):

根据贵方为_____ (项目名称) (项目编号)的磋商邀请, 本人_____ (全名、职务)代表供应商_____ (供应商名称、地址)提交响应文件正本_____份和副本一式_____份。

一、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的递交响应文件截止时间起60天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺, 且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部竞争性磋商文件, 包括竞争性磋商文件修改文件(如有的话)、参考资料及有关附件, 确认无误。我方承诺接受竞争性磋商文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足竞争性磋商文件中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定, 按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同, 并承担合同规定的责任和义务。

供应商(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

附件1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

(示例略)

附件 2

法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

_____ (供应商名称) 的法定代表人_____ (姓名、 职务) 授权
_____ (磋商代表姓名、 职务) 为本公司的磋商代表, 就_____ (项目
名称) 磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效, 特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

授权代表(签字或签章): _____

_____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

二、供应商投标资格承诺书

我方承诺,不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等,作如下说明和承诺:

1. 我方在本项目投标中,不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人(单位负责人)姓名:_____。

1.1.2 我单位控股的单位有_____。

1.1.3 我单位被_____ (单位或自然人) 控股。

1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有_____。

1.2.2 我单位的上级管理单位有_____。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3. 我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务;

4. 其他与本项目有关的利害关系说明:_____。

我方承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。

供应商:_____ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人:_____ (签名或盖章)

日期:_____年____月____日

三、报价一览表及报价文件

附件 3

报价一览表

项目名称	定安县中医院(定安县中医院医共体总院)重症能力建设采购项目	项目编号	HXY2023-136
报价	大写: 人民币_____元 小写: ¥_____		
合同履行期限			
备注			

供应商(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

1.1 分项价格表

项目名称: 定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

金额单位: 元

序号	服务内容	制造商	品牌、规格型号	数量、单位	单价	单项总价	备注 (取费依据、收费标准等)
1							
2							
3						
总计						大写: 人民币 _____元 小写: ¥ _____	

供应商(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

四、供应商的资格证明材料

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的财务报表或者 2022 年度会计师事务所出具的财务审计报告）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（需提供 2023 年 1 月至今任意 1 个月的纳税证明和 2023 年 1 月至今任意 1 个月的社会保险缴费记录复印件）

(4) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供书面声明）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）；

(6) 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)的“失信被执行人”的供应商（提供承诺函）；

(7) 若响应产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证（需提供证书复印件加盖单位公章）；若响应产品中不属于医疗器械范围的，可不提供本项。

附件 4

供应商基本情况表

供应商：（公章）

供应商名称		法定代表人	
组织机构代码		邮政编码	
授权代表		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
税务登记机关			
资质名称	等级	发证机关	有效期
备注	提供营业执照复印件,无营业执照的提供组织机构代码证复印件		

附财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料。

附件 5

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致_____ (采购人或采购代理机构):

我单位在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二
条第一款第(五)项所称重大违法记录, 包括:

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违
法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等
行政处罚。

特此声明!

供应商(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

附件 6

无不良信用记录

我公司承诺: 未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税
收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网
(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信
息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)的“失信被执行人”。

如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。

供应商名称(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

附件 7

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（采购文件中明确的所属行业）____；承建（承接）企业为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

附件 8

监狱企业的证明文件（如有）

说明: 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 9

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加____（单位）____的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）, 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）:

日期: 2023 年 月 日

五、需提供的其他资料

说明：根据磋商文件要求提供的其他资料或供应商认为需要提供的资料。

第二部分 技术部分

六、技术商务条款偏离表

技术商务条款偏离表

序号	磋商文件条目号	磋商文件要求	响应文件应答	偏离	说明

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

供应商(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附 10：（勿放入响应文件中）

最后报价表（二次报价）

项目名称	定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目	项目编号	HXY2023-136
报价	大写：人民币_____元 小写：¥_____		
合同履行期限			
备注			

供应商(公章)：_____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

竞争性磋商小组 (签名)	
-----------------	--

最后报价分项价格表

项目名称: 定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

金额单位: 元

序号	服务内容	制造商	品牌、规格型号	数量、单位	单价	单项总价	备注 (取费依据、收费标准等)
1							
2							
3						
总计						大写: 人民币 _____元 小写: ¥ _____	

供应商(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

说明: 授权用招标专用章的, 与公章具有相同法律效力。

第二部分 技术部分

一、项目名称：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）重症能力建设采购项目

二、项目编号：HXY2023-136

三、项目概况：

1、本次招标的设备为定安县中医院（定安县中医院医共体总院）所需一批医疗设备采购项目。该设备应具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具有良好的升级能力，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。投标方应提供贵公司近年**最新的设备**，且需配备完整。

2、设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

四、设备技术参数及服务要求：（说明：“★”号条款为重要条款不允许偏离，如响应文件中对重要条款有偏离，则将导致该投标无效。参数中带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，不作为★号实质性条款。）

五、技术要求：

序号	产品名称	数量	是否接受进口产品
1	呼吸机	2	否
2	便携式彩色多普勒超声系统	1	否
3	CRRT 机（连续性血液净化装置）	2	是
4	肺功能测试系统	1	是
5	ICU 单臂塔	2	否

ICU 单臂塔

- 1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：5KVA；
- 2、横臂活动范围（半径）：750mm；
- 3、水平旋转角度：0~340°，横臂和仪器吊架可分别或同时水平旋转；
- ▲4、配置（气动、机械阻尼）刹车制动装置，设备无飘移，松开时设备能轻松移动；
- 5、净载重量：70~150kg；
- ▲6、仪器平台：3层（高度可调），采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计；（提供实物照片）
- ▲7、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；
 - a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；
 - b、插拔次数2万次以上；
 - c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；
- 8、电源插座：12个（220V/10A）；
- 9、等电位接地端子：2个；
- 10、网络接口：RJ45 1个；
- 11、不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；
- 12、抽屉1个；
- 13、储物篓1个；
- ▲14、主体材料采用高强度铝合金型材；
- 15、表面处理采用静电喷涂；
- 16、吸顶式安装，稳定牢固。

便携式彩色多普勒超声系统

1、设备用途：

用于神经阻滞可视化引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

2. 技术参数：

2.1 主机尺寸：364mm x 322mm x 44mm

2.2 主机重量：4kg（内置电池）

2.3 显示器：15 英寸高分辨率医用彩色 LED 显示器

2.4 显示器可视角度：170 度

2.5 系统启动时间：可做到从电源启动至检查开始(冷启动)22 秒启动

2.6 ▲低平的物理按键，完全密封边缘以最大限度地控制感染

2.7 可自定义物理按键：3 个

2.8 机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导。

2.9 所配软件为该机型的最新版本，并且具有川级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、

弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准。

2.10 全新成像平台，全场无焦点显示，能够支持所有探头显示

2.11 全域动态聚焦技术，可使图像近、中、远场保持均匀一致，图像上无焦点显示，并且支持所有探头

2.12 未来功能拓展可增配大容量电池组，并能够嵌入台车面板中，满足全天 8 小时扫查。

3、成像模式

3.1 二维灰阶模式

3.2 组织谐波成像模式

3.3 穿刺针显影增强技术

3.4 彩色多普勒模式

3.5 能量多普勒模式

3.6 脉冲多普勒模式 (PW)

3.7 连续多普勒模式 (CW)

4、▲穿刺针显影增强技术

4.1 同时支持凸阵探头、线阵探头

4.2 提供最佳进针角度提示信息

4.3 能够做到双幅对比显示效果

5、B 模式成像单元

5.1 组织谐波成像模式

5.2 组织特异性成像

5.3 拥有多角度空间复合成像技术，支持 3 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

5.4 斑点抑制成像

5.5 回波增强技术，能够提高心脏图像质量

5.6 锐眼技术，增强局部感兴趣区域的分辨率

6、彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)

6.1 具备超高分辨率血流单元

6.2 支持双实时同屏对比显示

6.3 能够自动调节取样框的角度及位置

7、频谱多普勒成像

7.1 包含脉冲多普勒、高脉冲重复频率

7.2 包含连续多普勒

8、测量分析和报告

8.1 常规测量软件包

8.2 多普勒测量(自动或手动包络测量， 自动计算测量参数)

8.3 神经专用测量软件包

8.4 心脏功能专用测量软件包

8.5 急重诊应用测量软件包

9、连通性和外部数据管理

9.1 具备 DICOM 接口

9.2 支持 USB 3.0 端口 4 个

9.3 ▲以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

9.4 HDMI、S-Video 视频输出接口

10、电源供应

10.1 系统通过电池或交流电源运行

11、配置清单

超声主机 1 台

多功能台车 1 台

心脏探头 1 把

浅表探头 1 把

腹部探头 1 把

主机拉杆箱 1 个

探头扩展槽 1 个

国标电源线\电源适配器

呼吸机

一. 基本要求

1. 适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；
2. 电动电控呼吸机；
3. ▲气体吸入、呼出部分可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；
4. ▲视角可调的 12.1 英寸彩色触摸控制屏，分辨率 $\geq 1280*800$ ；

5. 可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；
6. 可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；
7. 参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；
8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；
9. ▲. 呼吸波形与呼吸环可同屏显示、可冻结及导出，呼吸环可存储（不少于4个）、对比。

二、呼吸模式及功能

- 1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式；
- 2、具备双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）
- 3、肺保护功能：选配具有低流速PV工具环、ATRC（自动插管阻力补偿）、TV/IBW等功能；
- 4、▲氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；
- 5、其他功能：具备手动呼吸、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析，支持选配无创通气、呼末CO₂监测，智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。
- 6、支持高流量给氧功能， $\geq 80\text{L}/\text{min}$

三、设置参数要求

- 1、潮气量：20ml—2000ml
- 2、呼吸频率：1-100次/min
- 3、压力支持：0—80cmH₂O
- 4、PEEP：0--45 cmH₂O
- 5、压力上升时间：0-2s
- 6、呼气触发灵敏度：自动或15%-80%

四、监测参数要求

- 1、▲监测参数不少于20个；
- 2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；

- 3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测;
- 4、肺力学:吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测;
- 五、其他功能要求
- 1、便利的锁屏功能;
- 2、气体检漏塞设计,便于自检及校准;
- 3、氧电池更换无需拆机及专业工具;
- 4、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合;
- 6、内置电池供电不少于2小时;

肺功能测试系统

一、项目需求:肺功能测试系统一套

二、功能配置与要求:

(一) 通气功能检查:

- 1、慢通气功能和肺活量检查
- 2、流速容量环和时间肺活量检查
- 3、每分最大通气量检查
- 4、支气管扩张试验前后对比功能

(二) 弥散和残气功能检查:

- 1、一口气弥散,可同时完成一口气残气和功能残气测定。
- 2、主要测试参数:肺一氧化碳弥散量(DLCO),血红蛋白校正后的CO弥散量,弥散率(KCO)、肺泡量(VA)、吸气肺活量、吸入CO浓度(FICO)、呼出CO浓度(FECO)等。
- 3、在一口气弥散测试中,能自行设定弥散标准气吸入肺活量的85%或90%IVC的容量质控范围;能自行设定2.5秒或4秒的吸气时间质控标准;能实时监测口腔压及呼吸流速,以加强质控、提高重复性。
- 4、在内呼吸弥散中,配有流量限制器,帮助测试对象控制呼气流速。
- 5、在屏气过程中,能自动提示漏气现象。

(三) 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查:

- 1、呼吸阻抗的频谱分布
- 2、中心气道阻力和总气道阻力(同时获得)

- 3、 周边弹性阻力（同时获得）
- 4、 阻抗-容积分布（同时获得）
- 5、 呼吸动力学分析（需要 45 秒钟以上的记录时间）

必须具备:气道总阻力（R5）、近端（中心）气道阻力（R20）、周边气道阻力（X5）、肺顺应性（Clung）、口腔顺应性（Cmouth）等测量参数；能准确区分大、小气道的阻力，且能定位阻力产生的部位并准确定位，不需病人特殊配合（测试 2 岁以上儿童到成人），自主呼吸即可测试。

（四）计算机一体化支气管定量药物激发试验：

智能化，给药装置应完全由计算机智能化控制，过程全自动，定量精密，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机一体化(包括计算机控制的精密定量给药装置,有装置控制及相关的测试分析软件)精确控制药物的定量雾化激发实验；必须配有**原装空气压缩机**以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为 0.4-5um 之间），能严格控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定；能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物；能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀，并画出反应的趋势图。

- ▲（五）采用数字化手柄式双向压差式流速传感器（必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度 $<0.5\text{cm}$ ，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。

三、相关技术参数及系统工作环境要求：

▲1. 传感器参数：

测量原理：压差式，阻力 $<0.05\text{Kpa/L/S}$ ；测量范围：0—20L / S
分辨率：10ML / S；容积测定方法：数字积分法；测量误差： $<$

3%

2. 气体分析器：

1) 弥散气体分析器：

分析器种类: 采用 CO、CH₄、C₂H₂ 多气体分析器, 完成弥散检测。

测量范围: 0~0.33%、分辨率: ≤0.001%、精确度: ≤±0.003%。

2) 氧分析器:

类型: 电化式。

测量范围: 0 至 100%; 分辨率: ≤0.05%; 精确度: ≤±1.0%。

3. 脉冲技术参数:

容量测量: 数字积分, 测量范围: 0—±20 升, 双向;

测量精度: 5 毫升

口压测量: 硅敏式压力传感器, 测量范围: ±2Kpa 测试, 测量精度: 2%

测试信号: 单位脉冲, 脉冲间期: 0.1-6S, 或者手动可调

频率范围: 0-100Hz 功率谱: -20db at 40Hz

4. 系统工作环境及安全:

工作温度: 4° C—45° C; 工作相对湿度: 10%—95%; 工作电压: 100—240 伏

工作噪声: <30 分贝; 工作漏电流: <80 毫安; 主机绝缘强度: >3000 伏 / 分钟

四、计算机 (主机) 硬软件要求:

1. 软件要求:

中文操作系统, 病人数据库管理系统, 真正中国人预计值, 预计值与实测值的自动比较, 中文资料输入与中文报告输出等等, 使操作使用变得非常简单方便。软件配有训练程序和演示程序, 以便于医生操作和病人配合。具有强大的软件系统, 强大的数据库管理系统 (可管理以万计的病人数据)

2. 硬件要求:

计算机系统: 高性能计算机 (1 套), 包括 (1 台) 21.5 吋液晶彩色显示器和 (1 台) 彩色喷墨打印机

五、设备日后升级扩展功能要求:

▲设备日后务必可以扩展鼻阻力, P0.1 测呼吸肌力、婴幼儿全身体积描记等功能, 以作为日后临床、教学及科研所需。

婴幼儿全身体积描记:

测试功能: 体描法气道阻力; 体描法胸腔气量和肺容量检查 (同时获得); 流速容量环; 闭合气量。能够完成从早产儿到 90 厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。婴儿体积描记检查程序要在一次测定中就对婴儿完成特殊气道阻力 (sRaw) 和体积描记功能残气量 (FRCp) 的连续测定。潮气环 (即 Tidal Breathing) 分析, 要带有伪差识别系统, 能自动提出不合格的原始资料, 使潮气呼吸环的分析结果有效可靠。专用的

婴幼儿传感器，能够测试 0-3 岁的婴幼儿。采用各种专用的婴幼儿呼吸面罩，自动定标，零点校正与 BTPS 自动补偿。

肺功能测试系统

序号	说明
1	内呼吸,一口气弥散残气通气肺功能测试系统(1套)
	控制系统部件和附件有:
	带隔离电源的专用移动工作台(1个)
	可上下左右移动调节的支撑臂(1支)
	EASI 肺功能系统接口卡(PCI 接口)(1个)
	一口气弥散电路控制电路板(内置)(1个)
	气体分析器(1套,包括管路和阀门)
	带口压检查的流速传感器手柄(1套)
	硅胶采样管螺纹管(透明)(1根)
	四通管路接头(1个)
	电磁按需阀(1套,包括管路)
	稳压型减压表(1个)
	自动环境参数测量模块(1套)
2	MS PFT-APS 激发试验选件(1套)
3	MS IOS 连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性测定(1套)
	控制系统部件和附件有:
	可上下左右移动调节的支撑臂(1支)
	脉冲发生器和数据处理器(IOS 头)(1个)
	带口压检查的流速传感器手柄(1套)
	通讯连接电缆(1套)
	标准阻抗定标器(1个)
	3 升标准定标筒(国产,1个)
	PC 计算机(1套),包括 21.5 吋彩色液晶显示器(1台)
配	肺功能管理软件
配	彩色喷墨打印机(1台)

CRRT 机(连续性血液净化装置)

序号	技术要求
一	功能与配置
1	全彩色大液晶触摸显示屏,屏幕 ≥ 10.5 英寸,治疗设置简易快速。

2	全中文操作界面，有治疗参数数值及曲线图显示功能，文字及彩图同时指引安装步骤，易学易用。
3	一套配套可以完成所有治疗模式，无需手动转换连接置换液的输注入口，防止因操作失误而导致空气进入或细菌污染患者血液，保证治疗的灵活和安全。
4	提供全面的 CRRT 治疗方案，可以支持 HP、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE，治疗模式。
▲5	在 CVVH、CVVHDF 治疗模式下可以实现前+后稀释同时进行且前后稀释比例可自动根据跨膜压分配，增加治疗弹性。
6	带液体加热器，只对置换液和透析液加热，不对全血加热。
二	泵的要求：
▲1	一体化 6 个泵设计（含一个肝素/钙泵），提供全面治疗方案；
2	具有血泵前输液泵，可进行抗凝和血泵前稀释处方；
3	血液流速 10-400ml/min；可调节，增幅：1ml/min；
4	置换液速度 0-12000ml/h；可调节，增幅：1ml/min；
5	透析液速度 0-12000ml/h；可调节，增幅：1ml/min；
6	废液速度：0-12000ml/h；可调节，增幅：1ml/min；
7	置换+透析+PBP+病人脱水≤12000ml/h。
三	压力监测：
1	4 个压力传感器；（静脉压、动脉压、滤器前压、废液压），
2	动脉压检测范围 -500mmHg- +500 mmHg；
3	静脉压检测范围 -500 mmHg- +500 mmHg
4	滤器前压检测范围 -10 mmHg - +600mmHg。
5	废液压检测范围 -400 mmHg -+10 mmHg
四	安全性：
1	抗静电装置，避免 ECG 干扰；
2	触屏式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气；
3	允许临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗)；
4	连续对比的 4 级报警监测，自动判断，发出报警并提供解决建议，优化设计减少误报警；
5	具有跨膜压及滤器下降压双重监测系统；
6	漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，血漏 0.2ml/min（HTC=32%）；
▲7	三个高精度秤；具有 120 秒的警报延迟功能和多次自动校正功能；更换液体不需中断治疗；置换液秤和废液秤测定范围各为 0-20kg；中心秤测定范围 0-6kg；精确度：±6g，分辨率±1g；显示实时重量曲线记录图。
8	后备电源能保证机器运行至少 15 分钟。
9	可通过 USB 存储卡转移资料，数据记忆力：某一次治疗的所有记录

	可持续保持 48 小时以上，可储存 200 个病例记录；
五	肝素泵：
1	一体化的肝素泵，肝素的用量自动计算在治疗总量中，无需人工干预；
2	注射器规格 20ml、30ml、50ml；
3	连续流速范围：0-15ml/h ，增幅：0.1ml/h；
4	间歇流速范围：0-10ml。
六	枸橼酸抗凝
▲1	一体化的枸橼酸泵，实现枸橼酸局部抗凝疗法。
2	枸橼酸泵与血泵形成比例转动 0—50%。
七	相关耗材
▲1	管路和滤器可分离，治疗中随时更换滤器。

六、商务要求

- 1、采购预算：**368.72 万元，超过预算金额为无效报价。**
- 2、交货期：自合同生效之日起国产产品 2 个月，进口产品 3 个月完成交付采购人使用。
- 3、交货地点：定安县中医院（定安县中医院医共体总院）
- 4、付款方式：成交供应商与采购人自行商定。
- 5、验收要求：按磋商文件及响应文件技术参数指标和国家相关行业标准，由采购人组织进行验收。